

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
č. II.

Název veřejné zakázky:	„Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL“
Zadavatel:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo:	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ:	00019453
Zastoupený:	MVDr. Jiřím Burešem, ředitelem ÚSKVBL
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky
Tel., fax:	(Mgr. Jiří Kolář): tel: 466651312; fax: 246013342
E-mail:	jiri.kolar@cmud.cz

V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 zákona Zadavatel v souladu s ustanoveními §§ 98 a 99 zákona sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň Změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 30. 7. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/1

Dotaz:

V zadávacích podmínkách pro část 6 (parní sterilizátor) je mj. uvedeno:

- USB a Ethernet port (možnost stažení protokolu sterilizačního cyklu bez speciálního softwaru)

– uchování nejméně 100 cyklů v paměti

Je přípustné nabídnout kvalitativně lepší řešení – SD kartu s možností uchování až 10000 cyklů a softwarem pro čtení dat a možností ovládání přístroje?

Děkujeme

Odpověď:

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout předmět zakázky, který bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

V případě nabídnutí SD karty by muselo být dodavatelem dodáno v rámci nabídky a následném plnění veřejné zakázky i adekvátní zařízení umožňující přenos dat (speciální adaptéry, čtečky).

Změna zadávací dokumentace č. 2/1:

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje termín pro podání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), a to konkrétně v článku 16 bod 16.1 ZD následujícím způsobem.

Původní znění bodu:

16.1. Lhůta pro podání nabídek

Datum: 20. srpna 2018

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html

Nové znění bodu:

16.1. Lhůta pro podání nabídek

Datum: **29. srpna 2018**

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html

Zadavatel výše uvedenou změnu v termínu pro podání nabídky zároveň uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek. Opravný formulář byl odeslán ke zveřejnění dne 26. července 2018.

Změna zadávací dokumentace č. 2/2:

Zadavatel po vysvětlení ZD dle § 98 ze dne 25. července 2018 nepožaduje v rámci prokázání splnění technické kvalifikace uvést v seznamu významných dodávek informace o kontaktní

osobě objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit – odstraněno z textu ZD.

Přílohu č. 5 ZD - Seznam dodávek, který je pouze doporučeným vzorem a který zadavatel nad rámec své povinnosti poskytl účastníkům zadávacího řízení k dispozici, ponechává zadavatel beze změny.

Změna zadávací dokumentace č. 2/3:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o vysvětlení předmětu plnění části 7 veřejné zakázky uveřejněné v rámci vysvětlení ZD dle § 98 ze dne 25. července 2018.

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel v rámci zveřejnění této Změny zadávací dokumentace zveřejňuje zároveň na profilu zadavatele veškeré dokumenty, ve kterých se tyto změny a doplnění promítly. Konkrétně se jedná o:

ZD USKVBL Laboratorní přístroje - změna 1.pdf

V Pardubicích dne 30. července 2018

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.