

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
č. IV.

Název veřejné zakázky:	„Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL“
Zadavatel:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo:	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ:	00019453
Zastoupený:	MVDr. Jiřím Burešem, ředitelem ÚSKVBL
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky
Tel., fax:	(Mgr. Jiří Kolář): tel: 466651312; fax: 246013342
E-mail:	jiri.kolar@cmud.cz

V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 zákona, Zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 zákona sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 16. 8. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4/1

Dotaz:

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečnou informaci pro část 7 k této veřejné zakázce:

- 1. V technických parametrech je u části 7 – Inkubátor s třepačkou, požadavak na časovač od 1 hodiny až 96 hodin a nebo kontinuální chod.*

Náš dotaz zní:

Bude zadavatel akceptovat inkubovanou třepačku, která absolutně splňuje, nebo také překračuje technické požadavky, ale má nastavení času od 1 minuty do 48 hodin a nebo kontinuální chod???

Odpověď: 4/1

Zadavatel upozorňuje dodavatele na chybný výklad a přepis zadávacích podmínek uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. V rámci zmiňovaného požadavku zadavatel mj. uvádí:

Požadavky:

- **časovač: 1 – 96 hodin, nepřetržitě**

Uvedený technický požadavek znamená, že předmět plnění pro část 7 VZ – Inkubátor s třepačkou musí splňovat funkci časovače v rozsahu 1 – 96 hodin **a zároveň** musí splňovat funkci nepřetržitého provozu. Nikoli tedy ,časovač od 1 hodiny až 96 hodin **a nebo** kontinuální chod', jak uvádí dodavatel v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

V případě, že dodavatel v rámci své nabídky předloží předmět plnění pro část 7 s časovačem pouze do 48 hodin, bude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek, i kdyby všechny ostatní požadavky zadavatele na předmět plnění byly splněny, nebo dokonce převýšeny, a zadavatel vyloučí takového dodavatele ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

V Pardubicích dne 17. srpna 2018

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.