



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202

V Brně dne 6. 12. 2018



Vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené dne 4. 12. 2018 k nadlimitní veřejné zakázce VZ - 17/2018 s názvem „Kapalinový chromatograf HPLC/MS – stavební práce“, podává zadavatel Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

Prosím i informaci jaký je stávající řídicí systém MaR na který se má nové zařízení napojit. V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není toto uvedeno.“

Děkuji, s pozdravem

Text odpovědi:

Zadavatel sděluje, že na budově Květná je nainstalován systém MaR typu Siemens Desigo PX.

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno v elektronickém nástroji NEN (Národní elektronický nástroj), na adrese: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00019061, a dále na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2238.html

S pozdravem

Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

v z. Mgr. Petr Čejka, ředitel OPZ, podepsán elektronicky