



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Jiří Medek / 740

HRADEC KRÁLOVÉ  
4.6.2019

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

**Autokláv**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na dodávku

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

### 1) **Dotaz:**

Budete prosím akceptovat autokláv...

- o objemu 65 litrů a o půdorysu: hloubka 1190 mm, šířka 730 mm?
- s teplotním rozsahem do 138° C a tlakem do 3,25 bar? Vyšší teploty/tlaky se při sterilizaci v praxi nepoužívají.
- s rozhraním USB a Ethernet, což jsou modernější rozhraní než požadované RS-232 nebo RS-485.

### **Odpověď:**

- Velikost zařízení je limitující s ohledem na plánované umístění a na dispoziční řešení laboratoře, které zohledňuje jak šířku pracovního stolu, tak navazující technologické kroky prováděných prací a bezpečnostní požadavky na umístění a provoz dalších přístrojů. Vámi uvedené rozměry nemůžeme akceptovat.
- Uvedené hodnoty maximálních provozních hodnot teploty a tlaku vyhovují našim požadavkům a jsou akceptovatelné.
- Přenos dat pomocí USB rozhraní či přímého připojení k datové síti je podmíněně akceptovatelný, a to v případě, že zůstane zachována také možnost připojení pomocí rozhraní, které je uvedeno v technické specifikaci.

Ing. Pavel Řehák  
technický ředitel

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)