



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Jiří Medek / 740

HRADEC KRÁLOVÉ  
11.6.2019

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

**Autokláv**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na dodávku

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

### 1) **Dotaz:**

Zadavatel požaduje dodání Laboratorního stolního autoklávu. Dle přílohy číslo 1, technické specifikace, mimo jiné parametry, požaduje zadavatel teplotní rozsah do 140°C a tlak do 4 bar. Náš dotaz zní, zda bude zadavatel akceptovat přístroj s teplotním rozsahem do 138°C a tomu odpovídajícím tlakem?

### **Odpověď:**

Zadavatel již vysvětlil obdobný dotaz ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- Uvedené hodnoty maximálních provozních hodnot teploty a tlaku (s teplotním rozsahem do 138° C, tlakem do 3,25 bar) vyhovují našim požadavkům a jsou akceptovatelné. Nižší hodnoty odpovídajících teplot a tlaků nejsou akceptovatelné.

Ing. Pavel Řehák  
technický ředitel

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)