

Příloha č. 1

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a výčtu příslušenství a požadavků na servis.

Zařízení pro přípravu demineralizované vody musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky, resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:

- 1) Zařízení na přípravu demineralizované vody Milli-Q Direct 8 v následující sestavě

Typ zařízení v nabídce:

--

		nabídka
1.1	MILLI-Q DIRECT 8 SHIPPING KIT (EU) s výkonem 8 l/h vody typu3, průtok 50 až 2000 ml/min vody typu 1	
1.2	PROGARD T3 CARTRIDGE - vstupní čistící patrona (1/PK)	
1.3	Q-PAK TIX - patrona na dočištění (1/PK)	
1.4	Sanitační tablety - 1 balení	
1.5	EDS-PAK INSTALL KIT - set pro připojení koncového filtru LC-PAK, VOC-PAK, BioPAK a EDS-PAK (1/PK).	
1.6	LC-PAK POLISHER - koncový filtr pro finální dočištění pro aplikaci HPLC, UPLC a LC-MS (1/PK)	
1.7	MILLIPAK EXPRESS 40 FILTER - koncový filtr 0,22 µm	
1.8	PE RESERVOIR 60 LITER - zásobník na čistou vodu o objemu 60 l	
1.9	MILLIPAK 0,65 PHOBIC - vzduchový filtr k zásobníku	
1.10	Q-POD REMOTE DISPENSER - oddělené dávkovací rameno	
1.11	ASM KIT - automatický sanitační modul s UV lampou 254 nm k zásobnímu tanku	
1.12	WATER SENSOR INTEGRAL - senzor zastaví přívod vody do systému v případě detekce vody na podlaze (1/PK)	
1.13	UV UPGRADE KIT ELIX - modul s UV lampou 254 nm pro ošetření čisté vody před vstupem do zásobního tanku	

2	Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.	
3	Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.	
4	Záruční lhůta minimálně 2 roky.	
5	Servisní středisko nebo servisní technik v České republice:	
	Záruční opravy provádí firma:	
	telefon: - mail:	
	Pozáruční opravy provádí firma:	
	IČO:	
	telefon: - mail:	