



MÍSTO / DATUM
V Brně 30.9.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace - Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“) obdržel dne 27. 9. 2019 a 30.9. prostřednictvím emailu a systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Žádost:

Dobrý den,

prosíme tímto o poskytnutí dodatečné informace v rámci vašeho VŘ.

Je pro Vás přípustné nabídnout zařízení s rozměrem pracovní plochy - hloubky 580 mm? Tedy v toleranci +/- 4% proti požadovanému rozměru 600 mm?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Hloubka pracovní plochy 580 mm u biohazard boxu bude dostačující, zejména pokud budou dodrženy zevní rozměry zařízení (90 cm x 150 cm).

Žádost:

Vážení,

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečnou technickou informaci k této veřejné zakázce:

a.) Ve vašich požadavcích je parametr : Maximální hlučnost zařízení při plném výkonu 53dB

Jelikož tato veřejná zakázka je souborem všech vašich technických požadavků, plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce a to firmu Faster, s jedním konkrétním výrobkem a to typem SafeFast, který má v ČR jednoho výhradního obchodního zástupce a to firmu Schoeller Instruments. Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

Když je veřejná zakázka je zadávána v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona:

- zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
- zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
- zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,
- zásadu přiměřenosti – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).

a.) Jelikož naprostá většina výrobců biologických laminárních boxů, se pohybuje na hlukové hladině 58 až 62 dB, požadujeme, aby v rámci zpřístupnění této zakázky i jiným potencionálním dodavatelům a nastavení rovných, nediskriminačních parametrů, byly nepatrným způsobem upraveny vaše technické požadavky, s možností nabídnutí požadovaného boxu s možnou maximální hlučností alespoň 58 dB.

S pozdravem

Odpověď:

U Přílohy č.4 zadavatel mění tabulku technické specifikace následovně – řádek

Hlučnost zařízení při plném výkonu	54 - 58 dB(A)
---	----------------------

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	-		
Výrobce	-		
Požadované parametry technologie:			
Třída	Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II		podmínka
Certifikace	EN12469		podmínka
Filtry	HEPA, čítač provozních hodin, permanentní		podmínka

	monitoring stavu filtrů		
Maximální vnější rozměry (šířka x hloubka)	150 cm x 90 cm		podmínka
Maximální vnější rozměry	Musí umožnit průchod dveřmi šířky 90 cm		podmínka
Vnitřní prostor	Nerezová ocel		podmínka
Minimální rozměry pracovní plochy	1150 x 600 mm		podmínka
Pracovní deska	Nerezová ocel, perforovaná, vyjímatelná		podmínka
Bezpečnostní čelní sklo pro uzavření zařízení	ano		podmínka
Motorizovaný posun čelního skla s definovanými automatickými polohami	ano		podmínka
Možnost kompletního utěsnění vnitřního prostoru (vzduch, aerosol)	ano		podmínka
Vnitřní osvětlení	min. 1200 Lux		podmínka
Přípojka vakua	ano		podmínka
Průchodník na plyn/plynový ventil	ano		podmínka
Vnitřní zásuvka (230 V, jistění 3 A)	2 x		podmínka
Přípojky technologií (plyn, vakuum, elektřina) ze zadní nebo horní strany zařízení (tj. nezasahující do celkové šířky)	ano		podmínka
UV lampa	zabudována, s programovatelným časovačem a samostatným čítačem provozních hodin		podmínka
Ovládání proudění vzduchu	mikroprocesorem se senzory		podmínka
Monitorování vzduchové bariéry	ano		podmínka
Hlášení narušení vzduchové bariéry	alarm akustický i optický		podmínka
Hlučnost zařízení při plném výkonu	54 - 58 dB(A)		podmínka
Přístup k filtrům a údržba zařízení	z přední strany		podmínka
Příslušenství			
Samostatně stojící zařízení (stojan součástí dodávky)	ano		podmínka
Servis a záruka:			
Rychlost servisního zásahu	do 24 hodin		podmínka
Záruka	min. 2 roky		podmínka

V návaznosti na uvedenou změnu požadavku na hlučnost zadavatel změnil Přílohu č. 2 a Přílohu č.4 a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **14. 10. 2019 do 10:00 hodin**.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno