



MÍSTO / DATUM
V Brně 1.10.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace - Termální cykler pro real-time PCR

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Termální cykler pro real-time PCR obdržel dne 30. 9. 2019 prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Žádost:

*Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Vážený zadavateli,*

reagujeme za Vaši veřejnou zakázku "Termální cykler pro real-time PCR" ze dne 24. 9. 2019. Rádi bychom nabídli naše kvalitní zařízení pro real-time PCR. Předtím bychom ale měli několik dotazů:

- 1) Požadujete teplotní přesnost minimálně 0,25 °C. Akceptovali byste zařízení s teplotní přesností 0,4 °C? Dle našich zkušeností je takováto teplotní přesnost dostačující.*
- 2) Požadujete rychlost ohřevu minimálně 6 °C/s a rychlost chlazení minimálně 3 °C. Zařízení, které bychom chtěli nabídnout, má shodnou rychlost ohřevu i chlazení 5 °C/s. Akceptovali byste takovouto rychlost ohřevu a chlazení?*
- 3) U volitelné podmínky požadujete detekci barviva TAMRA. Naše zařízení detekuje následující fluorescenční barviva: FAM, SYBR, HEX, TET, Cal Orange 560, Cal Gold 540, VIC, ROX, Texas Red, Cal Red 610, Tex 615, Cy5, Quasar 670, Quasar 705, Cy5-5 s možností kalibrace dalších barviv. Akceptovali byste takový rozsah fluorescenčních barviv?*
- 4) Požadujete možnost dovybavit zařízení dalšími emisními filtry. Námi nabízené zařízení takovouto možnost nemá, lze pouze kalibrovat nová barviva. Bylo by to pro vás akceptovatelné?*
- 5) Požadujete možnost řízení přístroje z externího počítače připojeného přes LAN. Námi nabízené zařízení takovouto možnost nemá, lze pouze nastavit posílání e-mailu s výsledky po skončení běhu. Přístroj se ovládá z přímo připojeného PC. Akceptovali byste takovéto zařízení?*

Předem děkujeme za kladné odpovědi.

Odpověď:

Ad 1) Zařízení bude používáno v rámci akreditované laboratoře, kde není možné připustit pokles senzitivity nebo sníženou míru replikovatelnosti výsledků.

Z tohoto důvodu nemůžeme akceptovat zařízení s teplotní přesností 0,4 °C a na požadované teplotní přesnosti trváme.

Ad 2) Zařízení bude používáno v rámci akreditované laboratoře, kde není možné připustit pokles senzitivity nebo sníženou míru replikovatelnosti výsledků.

Z tohoto důvodu nemůžeme akceptovat navrhované vlastnosti zařízení a trváme na našich požadavcích.

Ad3) Ano, akceptujeme i tento navrhovaný rozsah fluorescenčních barviv.

Ad4) Ano, nabízená vlastnost je pro nás akceptovatelná.

Ad5) Ano, zařízení je možné ovládat také přímo z připojeného PC.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11. 10. 2019 do 10:00 hodin.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno