



MÍSTO / DATUM
V Brně 7.10.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace - Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“) obdržel dne 7. 10. 2019 systémem EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Žádost:

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali o odpověď na náš dotaz a poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto Vašeho VŘ.

Ve vaší zadávací dokumentaci a technické specifikaci na Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II máte uvedeno:

Certifikace - zadavatelem požadovaná hodnota EN 12469.

Zde náš dotaz: Je váš požadavek na certifikaci boxu dle evropské normy EN12469 směřován na certifikaci boxu nezávislou certifikační autoritou např. TÜV? Požadujete tento certifikát také v nabídce doložit?

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď:

Ano, z důvodu použití laminárního boxu v akreditované mikrobiologické laboratoři vyžadujeme přístroj splňující požadavky normy EN12469 doložené certifikátem.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **18. 10. 2019 do 10:00 hodin.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno