

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č. I

Název veřejné zakázky:	Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019
Zadavatel:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo:	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ:	00019453
Zastoupený:	MVDr. Jiří Burešem, ředitelem ÚSKVBL
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 24. 10. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ s názvem "Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019". Dotazy se týkají části 3 - Příprava ultračisté vody.

Naše dotazy zní následovně:

Dotaz č. 1/1:

Zadavatel udává v popisu předmětu, že požaduje systém s produkcí vody typu II minimálně 12 l/h. Bude zadavateli stačit systém, který má produkci vody typu II 10 l/h?

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel nebude akceptovat systém, který má produkci vody typu II 10 l/h.

Dotaz č. 1/2:

Zadavatel dále udává v popisu předmětu zásobník na vodu typu II. Požaduje zadavatel také odběr vody typu II ze zásobníku nebo stačí pouze vodu v zásobníku skladovat?

Odpověď č. 1/2:

Zadavatel požaduje možnost odběru vody typu II ze zásobníku. Zadavatel tímto vysvětlením rozšiřuje minimální technické požadavky na předmět plnění zakázky a z toho důvodu také prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 1/3:

Zadavatel požaduje náhradní UV lampu, avšak námi dodávaný přístroj dokáže splnit požadavky zadavatele bez UV lampy (rozsah TOC 1-5 ppb). Bude zadavatel akceptovat řešení, které splní všechny parametry, ale UV lampu nepotřebuje a tudíž nebude součástí nacenění?

Odpověď č. 1/3:

Ano - při splnění veškerých požadavků na kvalitu vody i bez použití UV lampy (tj. řešení, které splní všechny parametry, ale UV lampu nepotřebuje), nepožaduje zadavatel dodání náhradní UV lampy ani její.

Zadavatel pouze upozorňuje zadavatele na povinnosti účastníků v nabídce uvést technické řešení (popis plnění), ze kterého bude jasně vyplývat splnění požadované technické úrovně a dodávaných přístrojů.

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto VD ZD a v souladu s § 99 zákona prodloužuje lhůtu pro podání nabídek shodně pro všechny části veřejné zakázky a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v souvislosti s touto uvedenou žádostí o vysvětlení č. 1 v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny.

Nový termín pro podání nabídky pro všechny části veřejné zakázky tak je 22. listopadu 2019 v 10:00 hodin.

V Pardubicích dne 30. října 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.