

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019 – část 3
evidenční číslo zakázky Z2019-036845 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2019/S 204-495957 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie	

Název zadavatele:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo:	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ:	00019453
Zastoupený:	MVDr. Jiří Burešem, ředitelem USKVBL

Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks výrobku ultračisté vody pro vodu typu I a II.
Cena sjednaná ve smlouvě:	Není relevantní – veřejná zakázka byla zrušena
Použitý druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení dle § 56 zákona).
Označení účastníků zadávacího řízení:	1. VWS MEMESEP, s.r.o. Sídlo: Sokolovská 94/100, Praha 8 – Karlín, 186 00 IČO: 41693752 2. Animalab s.r.o. Sídlo: Na Bateriích 57, 162 00, Praha 6 – Břevnov IČO: 03325008
Označení vyloučených účastníků:	1. VWS MEMESEP, s.r.o. Sídlo: Sokolovská 94/100, Praha 8 – Karlín, 186 00 IČO: 41693752 Dodavatel VWS MEMESEP, s.r.o., v nabídce předložil výčet technické specifikace požadované zadavatelem, nicméně nepředložil konkrétní údaje k nabízenému technickému řešení, tj. k zařízení ELGA Purelab Chorus 1 Complete. Dodavatel VWS MEMESEP, s.r.o., IČ: 41693752 tak nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona – technické podmínky. Zadavatel se rozhodl v souladu s § 46 odst. 1 zákona požádat dodavatele VWS MEMESEP, s.r.o., IČ: 41693752 o vysvětlení a doplnění nabídky. Dodavatel VWS MEMESEP, s.r.o., IČ: 41693752 doručil dne 11. 12. 2019 prostřednictvím profilu zadavatele doplnění nabídky. Zadavatel konstatoval, že z předloženého technické specifikace vyplývá, že



	nabízené zařízení ELGA Purelab Chorus 1 Complete nesplňuje požadavek zadavatele na možnost automatického vypnutí přístroje při překročení vodivosti, přičemž zadavatel v zadávacích podmínkách přímo uvedl technický požadavek: možnost ochrany zařízení automatickým vypnutím hlavního ventilu přívodu vody při překročení parametrů pro vodivost. Dodavatel VWS MEMESEP, s.r.o., IČ: 41693752 tak nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona – technické podmínky a zadavatel se rozhodl účastníka v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučit z účasti v zadávacím řízení. 2. Animalab s.r.o. Sídlo: Na Bateriích 57, 162 00, Praha 6 – Břevnov IČO: 03325008 Dodavatel Animalab s.r.o. v nabídce předložil popis nabízeného řešení, tj. přístroje B30 HPLC, jenž splňuje technické podmínky pro předmět plnění pouze částečně. Zejména nesplňuje požadavek na produkci vody typu II minimálně 12 l/hod, kdy dodavatel uvádí pouze 10 l/hod. Dodavatel Animalab s.r.o. tak nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona – technické podmínky. Zadavatel se rozhodl v souladu s § 46 odst. 1 zákona požádat dodavatele Animalab s.r.o. o vysvětlení a doplnění nabídky. Dodavatel Animalab s.r.o. doručil dne 11. 12. 2019 prostřednictvím profilu zadavatele doplnění nabídky. Zadavatel konstatoval, že v předložené technické specifikaci dodavatel přímo uvádí, že: Není zde možnost přístroj vypnout, pokud je překročena vodivost, pouze se zobrazí červená varovná hláška na obrazovce. Nabízené zařízení tím nesplňuje požadavek zadavatele na možnost automatického vypnutí přístroje při překročení vodivosti, když zadavatel v zadávacích podmínkách přímo uvedl technický požadavek: možnost ochrany zařízení automatickým vypnutím hlavního ventilu přívodu vody při překročení parametrů pro vodivost. Dodavatel Animalab s.r.o. tak nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona – technické podmínky a zadavatel se rozhodl účastníka v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučit z účasti v zadávacím řízení.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru:	Není relevantní – veřejná zakázka byla zrušena
Označení poddodavatelů dodavatelů:	Není relevantní – veřejná zakázka byla zrušena

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:	Není relevantní – dodavatel veřejnou zakázku rozdělil na části.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:	Zadavatel podle § 127 odst. 1 zákona zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. Zadavatel odeslal dne 14. 12. 2019 prostřednictvím profilu zadavatele oběma účastníkům zadávacího řízení oznámení o jejich vyloučení ze zadávacího řízení. Podle § 47 odst. 2 zákona vyloučenému účastníkovi zadávacího řízení zanikne účast v zadávacím řízení v okamžiku, kdy uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá. Žádný z vyloučených účastníků ve stanovené lhůtě nepodal námitky proti vyloučení. Ke dni 30. 12. 2019 tak nebyl v rámci zadávacího řízení žádný účastník. Zadavatel se rozhodl v souladu s § 127 odst. 1 písm. zákona zrušit výše uvedené zadávací řízení.
Ostatní údaje:	1. Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem. 2. Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění. 3. Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu. 4. U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů. 5. Zadavatel nepožadoval prokázání vyššího ročního obratu, než stanoví § 78 odst. 2 zákona. 6. Při podání nabídky nebyly použity jiné komunikační prostředky než elektronické 7. V rámci zadávacího řízení nebyl zaveden dynamický nákupní systém.

Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována dne 30. 12. 2019 a dne 30. 12. 2019 byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Zpráva byla předána zadavateli dne	30. 12. 2019
Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat jménem zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel USKVBL

Zpracoval Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
Mgr. Jiří Kolář
V Pardubicích dne 30. 12. 2019