

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	<b>Dodávka 4 přístrojů</b>
Název projektu:	FIT – Farmakologie Imunoterapie, nanoToxikologie
Reg. č. projektu:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Sídlo zadavatele:	Hudcova 296/70, 621 00 Brno
IČO zadavatele:	00027162
Zastoupen:	prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html">https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html</a>

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Zadavatel tímto opravuje shodnou chybu v psaní v příloze č. 2b – Kupní smlouva pro část 2, v příloze č. 2c – Kupní smlouva pro část 3 a v příloze č. 2d – Kupní smlouva pro část 4, která spočívá v délce dodací lhůty v čl. 2.5. Kupní smlouvy uvedené rozporně s textovou částí zadávací dokumentace.

Zadavatel dále opravuje chybu v psaní v příloze č. 1d – Technická specifikace pro část 4, kde byl chybně uveden minimální technický požadavek na předmět plnění tak, že bylo požadováno „*autonomní generování pracovního tlaku (elektricko-hydraulický pohon) minimálně do 2000 barů a dosažených střížných silách minimálně 1x10<sup>7</sup> sec<sup>-1</sup> v keramické nebo diamantové cele*“, přičemž správně mělo být uvedeno „*autonomní generování pracovního tlaku (elektricko-hydraulický pohon) minimálně do 2000 barů a dosažených střížných silách minimálně 1x10<sup>7</sup> sec<sup>-1</sup> v keramické nebo diamantové cele*“.

Opravené přílohy zadávací dokumentace zadavatel poskytuje přílohou tohoto vysvětlení a tyto opravené přílohy jsou pro dodavatele závazné. Dodavatelé jsou povinni ve svých nabídkách využít tyto nově poskytnuté přílohy.

S ohledem na skutečnost, že vysvětlení zadávacích podmínek je uveřejněno v den zahájení zadávacího řízení, je délka lhůty pro podání nabídek totožná s původní lhůtou pro podání nabídek.

Příloha č. 1: vysvetleni\_1\_priloha\_1d\_techicka\_specifikace\_cast\_4

Příloha č. 2: vysvetleni\_1\_priloha\_2b\_kupni\_smlouva\_cast\_2

Příloha č. 3: vysvetleni\_1\_priloha\_2c\_kupni\_smlouva\_cast\_3

Příloha č. 4: vysvetleni\_1\_priloha\_2d\_kupni\_smlouva\_cast\_4

V Brně dne 9. 3. 2020

---

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  
zastoupen  
PMA tender s.r.o.  
JUDr. Michal Šilhánek