

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.



Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves

IČ 00027014, DIČ CZ00027014

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO 00027014, DIČ 00027014, zastoupena Mgr. Karlem Ryšavým, na základě plné moci

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2017 Ř 839

Předmět veřejné zakázky:

Dodávka laboratorních přístrojů

K části 1: Přenosný spektrofotometr pro měření barvy

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Součástí poptávky je také spektrofotometr pro měření barvy. Měl bych pár dotazů.

- Může být přístroj s aparaturou o průměru 11 mm? Větší průměr aparatury zajišťuje lepší opakovatelnost měření.*
- Může být přenos dat pouze přes USB? Přístroj připojený přes USB kabel dokáže pracovat i v online režimu, což je výhoda při měření velkého počtu vzorků.*
- Nebylo by vhodnější použití spektrofotometru s aparaturou krytou sklem, kde nehrozí kontaminace přístroje vzorkem? V nabídce máme speciální model přístroje, určený přímo pro tuto aplikaci, který má měřicí otvor krytý sklem o průměru 20 mm. Takový přístroj pak lze přímo položit i na maso, vejce..*

Děkuji moc za odpovědi..“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

„Zadávací dokumentace stanovuje, že spektrofotometr musí mít průměr štěrbin 4mm a přenos dat přes USB a zároveň i Bluetooth. Jiné varianty nejsou v tomto výběrovém řízení připuštěny. Nabídka na přístroj s jinými parametry by proto musela být z veřejné zakázky vyřazena.“

K části 4: Sušárny s nuceným prouděním vzduchu – 2 ks

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Laboratorní přístroje 2017“ požaduje dodání dvou kusů Sušárny s nuceným prouděním vzduchu.

Zadavatel však neuvádí požadovanou velikost těchto sušáren.

Prosíme o informaci, jakou zadavatel požaduje velikost sušáren.

Děkuji moc za odpovědi..“

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves

IČ 00027014, DIČ CZ00027014



Vysvětlení zadávací dokumentace:

„Jediným relevantním parametrem v souvislosti s velikostí sušáren je jejich požadovaný objem, a to v rozmezí od 140 litrů do 200 litrů. Objem sušáren je rovněž jedním z hodnotících kritérií pro jejich výběr (článek 9.4. zadávací dokumentace).“

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 1. prosince 2017


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Mgr. Karel Ryšavý

na základě plné moci