

# VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.



Prátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves

IČ 00027014, DIČ CZ00027014

**Věc:** Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Zadavatel:**

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Prátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO 00027014, DIČ 00027014, zastoupena Mgr. Karlem Ryšavým, na základě plné moci

**Druh veřejné zakázky:**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

**Evidenční číslo veřejné zakázky:**

VZ2017 Ř 879

**Předmět veřejné zakázky:**

Dodávka analyzátoru aminokyselin

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:**

*„Dekuji za informaci, ale překvapuje mne Vaše interpretace zadávací dokumentace, která, ač je evidentně zpracovaná chromatografickým laikem a tomu odpovídá i jistá zmatečnost některých výrazů, které jsou pro HPLC odborníka nejasné, je ve zřetelném rozporu s Vaší interpretací či vysvětleními „po konzultaci s Výzkumným ústavem živočišné výroby“ a přináší další požadavky, které zadávací dokumentace ani náznaky nepředpokládá.*

*V zadávací dokumentaci na straně 2 v kapitole 1 chybí zcela základní popis čerpací soustavy, nejdůležitější součástí aminoanalyzátoru a je suplován výrazem „Parametry pufry“, pro které uvádí:*

*možnost gradientu*

*možnost vlastní přípravy*

*automatické odplynování*

*možnost umístit minimálně 5 pufry*

*možnost uchovávat pufry pod ochranou atmosférou*

*Žádný z těchto požadavků se netýká pumpy či čerpacího systému a proto jsme vznesli dotaz na čerpadlo a Vy jste nám odpověděli, že gradient nemá být pouze možný, nýbrž že je povinný, což je obvyklá vlastnost aminoanalyzátoru a takovouto odpověď jsme předpokládali. Méně obvyklý (u renomovaných firem vyrábějící či dodávající aminoanalyzátorů) je gradient s časově programovatelnou změnou koncentrace pěti pufry najednou a proto bych rad měl tuto interpretaci opakovaně potvrzenou konečným uživatelem systému, protože ač my umíme tento nestandardní požadavek splnit, sníží se tím uživatelský komfort obsluhujícího personálu a obtížně se v literatuře najde jeho efektivní využití. Sdělte nám i dalším uchazečům prosím oficiálně, že nesplnění tohoto požadavku gradientu pěti časově plynule programovatelných pufry je důvodem k vyloučení nabídky uchazeče z výběrového řízení.*

*V bodě 2. své odpovědi uvádíte, že kolony požadujete dvě, což je v příkrém rozporu se zadávací dokumentací kde je uvedena kolona pouze jedna, a to kovová s možností použít skleněnou kvůli lepšímu vidění na sorbent. S ohledem na to, že kolony pro AAA stojí řádově několik desítek tisíc Kč, považuji za neobvykle u vypsané veřejné zakázky v průběhu výběrového řízení zadávací podmínky takto zásadně měnit, resp. nákladově navyšovat. Nechte si proto prosím potvrdit, že skleněná kolona je dodatečným požadavkem zadávací dokumentace a její absence by vedla k vyloučení nabídky z výběrového řízení.“*

# VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves

IČ 00027014, DIČ CZ00027014




## Vysvětlení zadávací dokumentace:

„Zadavatel požaduje možnost všech 5 pufrů gradientově míchat.

Zadavatel upřesňuje svou odpověď, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 01.12.2017, následovně:

K přístroji zadavatel požaduje dodat kovovou kolonu, která je schopna provádět zadané analýzy. Zadavatel požaduje, aby byla možnost dokoupit a použít skleněnou kolonu, rovněž pro tento typ analýz. Tuto možnost stačí demonstrovat při předání přístroje, aby se obsluha naučila její vložení do přístroje, nákup se uskuteční zvlášť. Opět platí, buď je schopen řešitel skleněnou kolonu dodat nebo není schopen.“

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.



**Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.**  
**Mgr. Karel Ryšavý**  
na základě plné moci