



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

„Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo zakázky: Z2017-033269
Datum zahájení zadávacího řízení: 24. 11. 2017

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 12. 2017:

V předmětu zadávací dokumentace ve VŘ "Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku" je uveden pouze pronájem kryogenního zásobníku, nikoliv vzduchového odpařovače, který umožňuje zplynění kapalného dusíku a jeho odběr. Nejsou uvedeny jeho technické parametry.

Vycházím tedy z předpokladu, že kryogenní zásobník bude sloužit jako zdroj kapalného dusíku nikoliv plynného.

Je tato úvaha správná? Nebo disponujete vlastním odpařovačem? Jakým - typ připojení. Bude základová deska k umístění zásobníku vybavena přívodem elektrické energie, oplocením a osvětlením?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že dodavatel poskytne a pronajme na připraveném stanovišti kompletní technologii s kryogenním zásobníkem dusíku, kterou napojí na stávající laboratorní rozvod plynného dusíku. Výstupem z této technologie bude tedy plynný dusík. Je-li technologicky odpařovač dusíku potřeba, jedná se o nezbytnou součást dodávky. Tuto technologii bude po dobu stanovenou ve smlouvě dodavatel provozovat a udržívat. Ze strany zadavatele se bude jednat o nájem této technologie, tj. kryogenního zásobníku a jeho souvisejících částí.

K jednotlivým dotazům zadavatel uvádí:

- Požadovaným výstupem z technologie bude dusík výhradně v plynné fázi. Pro úplnost zadavatel uvádí, že předpokládaná maximální denní spotřeba kapalného dusíku bude cca 150 kg.
- Základová deska je vybavena uzemněním a nemá v sobě zabudován přívod elektrické energie. Přívod elektrické energie je k dispozici na zdi u základové desky.
- Základová deska není vybavena osvětlením. Dle potřeby zadavatel zajistí instalaci osvětlení následně po finální instalaci technologie kryogenního zásobníku.
- Zadavatel zajistí, že technologie kryogenního zásobníku bude po jejím dobudování oplocena.

Zadavatel dále upozorňuje, že bližší seznámení se s místem instalace technologie kryogenního zásobníku je možné na prohlídce místa plnění veřejné zakázky, která se koná 12. 12. 2017 od 10:00 hod. Podrobné informace k organizaci prohlídky místa plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v bodě L zadávací dokumentace.

Zadavatel dále sděluje, že v návaznosti na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pro vyloučení veškerých pochybností upřesnil znění smlouvy, a to čl. I. odst. 1.7 a 1.9 smlouvy.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje na profilu zadavatele upravenou přílohu č. 1 zadávací dokumentace (znění smlouvy), kterou dodavatel použije při zpracování nabídky.

V Praze 7. 12. 2017



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

