

Technická specifikace:

Upgrade kontinuálního průtokového analyzátoru SAN++

Interface:

- řídicí jednotka kompatibilní s jednotkou SAN++
- kompatibilní s Windows 10 Pro
- předinstalovaná deska pro ovládání podavače SA1050

Digitální duální detektory 2 ks:

- rozsah vlnových délek 340 – 1050 nm
- detekční rozsah do 6,5 ABS
- současné měření ve dvou kyvetách

Ovládací software

- software umožňující ovládání jednotky SAN++
- kompatibilní s Windows 10 Pro
- zobrazení všech měřených kanálů (4)
- pauza dávkování
- přístupná tabulka vzorků pro úpravy v průběhu měření
- export dat do Excelu, ASCII souborů LIMS

Příslušenství

- fotometrické filtry: 540 nm (2 ks), 660 nm (1 ks), 880 nm (1 ks)
- vzduchovací motor pro jednotku SAN++
- průtoková kyveta 30 mm s debublérem
- nerezové karusely pro autosampler (140 pozic)

Počítač, monitor a tiskárna

- HDD alespoň 500 GB
- RAM 8 GB
- Procesor alespoň 3GHz
- Windows 10 Pro
- MS Excel
- LED monitor 24"
- Tiskárna – černobílá, laserová, duplex

Dodávka, montáž, servis

Instalace přístroje: pracoviště Brno, Dřevařská 11,

Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.

Zaškolení obsluhy v rozsahu min 5 hodin/pracoviště.

Podpora při převodu stávajících metod.

Záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců.

Zajištění servisu přístroje po dobu nejméně 10 let.

Bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 10 let (přechod na nové verze OS Windows).

Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika).