

Příloha č. 1

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a výčtu příslušenství a požadavků na servis.

Laboratorní stolní autokláv musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky, resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:

- 1) Laboratorní stolní autokláv, např. Systec D-45

Typ zařízení v nabídce:

--

		nabídka
1.1	Stolní horizontální (bench-top) s bočním plněním	
1.2	Objem komory 40 - 60 litrů	
1.3	Elektrické připojení: 220 - 240 V, 50/60Hz, 16 A	
1.4	Maximální rozměry v půdorysu: hloubka 750 mm, šířka 650 mm	
1.5	Vakuový systém	
1.6	Integrovaný oddělený generátor páry	
1.7	Ruční plnění zásobníku bez připojení na zdroj vody	
1.8	Pracovní prostor v nerezovém provedení se zvýšenými požadavky na antikorozivní vlastnosti	
1.9	Teplotní rozsah do 140° C a tlak do 4 bar	
1.10	Senzory teploty - pevný a flexibilní	
1.11	Microprocesorové řízení, programovatelný s minimálně 10 defaultně upravovatelnými programy v krocích	
1.12	Integrovaný řídicí LCD panel	
1.13	Přenos dat - rozhraní RS-232 nebo RS-485	

2	Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.	
3	Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.	
4	Záruční lhůta minimálně 2 roky.	
5	Servisní středisko nebo servisní technik v České republice:	
	Záruční opravy provádí firma:	
	telefon: - mail:	
	Pozáruční opravy provádí firma:	
	IČO:	
	telefon: - mail:	