



Váš dopis zn.
Ze dne:
Naše značka: 41/001056/VULHM/2019

Vyřizuje: Ing. Jana Danysová
Telefon: +420 257 892 226
E-mail: danysova@vulhm.cz

Datum: 10.11.2020

Poptávkové řízení – „Měřicí a vzorkovací zařízení pro měření a odběr vzorků stoku po kmeni (stemflow)“

Vážený/á pane/paní,

žádám Vás o zpracování cenové nabídky v rámci poptávkového řízení „**Měřicí a vzorkovací zařízení pro měření a odběr vzorků stoku po kmeni (stemflow)**“. Jedná se o dodávku měřících přístrojů dle technické specifikace uvedené v příloze. Dodané zařízení musí být zcela nové, nepoužité a v souladu se zadávacími podmínkami v níže uvedené technické specifikaci. Požadovaný nejpozdější termín dodání přístrojů je 31. 3. 2021.

Cenovou nabídku kalkulujte, prosím, v cenách bez DPH/DPH/cena s DPH.

V případě dotazů k předmětu zakázky je možné kontaktovat:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (tel. 602 260 808).

Cenovou nabídku posílejte jako přílohu e-mailu na adresu podatelna@vulhm.cz nejpozději do 30. 11. 2020 do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Jana Danysová
Asistentka ředitele a náměstkyně pro výzkum

Příloha č. 1: Technická specifikace:

Počet kusů: 2

Princip měření stoku: tipping bucket

Záznam: nezávislé:

- i) mechanické počítadlo s počtem překlopení;
- ii) záznam v dataloggeru s přesným časem události.

Minimální kapacita dataloggeru: 1 rok měření

Minimální výdrž baterií dataloggeru: 2 roky

Odběr aliquotu pro chemické analýzy: ve zvolitelném rozsahu 1/20 – 1/200 celkového objemu průtoku.

Uchovávání aliquotu pro chemické analýzy: Tepelně izolovaná nádoba s minimálním objemem 15 l.

Materiál: v částech přicházejících do styku se vzorkem vody plast (PE, PP, případně teflon), ostatní části: plast, nerez, případně další materiály ošetřené proti korozi.

Umístění zařízení: v kompaktní uzamykatelné skříni.

Stojan: ocelový s antikoročním nátěrem, umožňující vyrovnaní zařízení do roviny. I dostatečné kotvení ve svažitém terénu.

Termín dodání: do 31. 3. 2021