

Název zadavatele:	Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sídlo:	Hroznová 63/2, 656 06 Brno
IČO:	00020338
Č. j.:	UKZUZ028518/2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. I

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2021- 2023“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P21V00000120**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz a odpověď:

Položka č.:

121 a 122 – špičky Eppendorf

Požadujete nesterilní balení v sáčku? – ano, nesterilní balení v sáčku je dostatečné

123 – špičky s filtrem Axygen 20 ul

Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní? – Rainin (Mettler Toledo)

Požadujete nesterilní balení v sáčku nebo sterilní v krabičce? – sterilní v krabičce

127-130 špičky s filtrem

Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní? – Labnet Biopette

Požadujete nesterilní balení v sáčku nebo sterilní v krabičce? – sterilní v krabičce

133 – špičky se stupnicí 5 ml

Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní? – Rainin (Mettler Toledo)

Požadujete nesterilní balení v sáčku, nesterilní v krabičce nebo sterilní v krabičce? – nesterilní v sáčku

V Praze dne 16.02.2021

Jana Wágnerová, v.r.