



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/027484

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
09.06.2022

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Skenovací elektronový mikroskop s prvkovou analýzou

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Zadavatel požaduje v 1.2 technického popisu:

- Optické (navigační) zvětšení od minimálně 20x do maximálně 200x

Optické navigační zvětšení s měničem zvětšení se používá zejména pro elektronové mikroskopy neumožňující nízké elektronové zvětšení. Žádáme zadavatele o akceptaci možnosti optického navigačního obrázku v kombinaci s elektronovým zvětšením od zvětšení 10x v jednom přehledovém navigačním okně.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a v této souvislosti upravuje bod 1.2 Přílohy č. 1 kupní smlouvy - Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a požadavků na servis.

2)

Dotaz:

Zadavatel požaduje v 1.3 technického popisu:

- Elektronově optické zvětšení navazující na optické zvětšení až do zvětšení alespoň 150 000x (ve formátu foto 9x13)

Žádáme zadavatele o akceptaci velkého rozsahu elektronového zvětšení od 10x do 100 000x (ve formátu foto 9x13).

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a v této souvislosti upravuje bod 1.3 Přílohy č. 1 kupní smlouvy.

3)

Dotaz:

Zadavatel požaduje v 1.4 technického popisu:

- Kvalita obrazu a snímků volitelná s maximálním rozlišením až 3840x2400

Žádáme zadavatele o akceptaci dostačujícího, velmi kvalitního a rychlého snímání v 2560 × 1920.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a v této souvislosti upravuje bod 1.4 Přílohy č. 1 kupní smlouvy.

4)

Dotaz:

Zadavatel požaduje v 1.5 technického popisu:

- Ukládání a export snímků ve formátech TIFF, JPEG a PNG a ostatní grafické a datové výstupy ve formátech CSV, JPG, TIFF, ELID a EMSA.

ELID je typický formát jednoho výrobce. Žádáme zadavatele o akceptaci obdobné datové informace v jiném formátu od jiného výrobce.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a v této souvislosti upravuje bod 1.5 Přílohy č. 1 kupní smlouvy.

5)

Dotaz:

Zadavatel požaduje v 1.9 technického popisu:

- Vhodný typ zdroje elektronů s garantovanou životností minimálně 1500 hodin.

Naše řešení nabízí zdroje elektronů se životností až 200 h s jednoduchou uživatelskou výměnou a ekonomickou dostupností, na jejíž použití je mikroskop optimalizován. Součástí dodávky je 20 ks těchto zdrojů (vláken). Žádáme zadavatele o akceptaci tohoto ekvivalentního řešení.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a v této souvislosti upravuje bod 1.9 Přílohy č. 1 kupní smlouvy.

6)

Dotaz:

Zadavatel požaduje v 1.10 technického popisu:

- Plynule měnitelné urychlovací napětí elektronového svazku (optimálně v rozsahu alespoň 2 - 20 kV) s možností volby pevně přednastavených volitelných úrovní 5, 10 a 15 kV

Naše řešení nabízí nastavitelné hodnoty urychlovacího napětí 5, 10, 15 a 20 kV. Žádáme zadavatele o akceptaci.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a v této souvislosti upravuje bod 1.10 Přílohy č. 1 kupní smlouvy.

7)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.06.2022 do 10:00 hodin.

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **27.06.2022**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravená příloha č. 1 kupní smlouvy - Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a požadavků na servis

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html