



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/029764

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
22.06.2022

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

Skenovací elektronový mikroskop s prvkovou analýzou

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005

Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat skenovací elektronový mikroskop, který se neumisťuje na běžný laboratorní stůl s nosností do 100 kg, protože má vlastní sestavu i se stolem o hmotnosti celého systému 510 kg, což je standardní váha plně vybaveného elektronového mikroskopu.

Naše řešení odpovídá elektronovému mikroskopu s elektronovým optickým zvětšením až do 1 000 000 s kvalitou obrazu 32 000 x 24 000 pixelů, takže zadavatel získá kvalitnější obraz a tím získá více informací o zkoumaném vzorku.

Odpověď:

Zadavatele neakceptuje řešení nabízené dodavatelem. Zadavatel v souladu s bodem 1.1 Přílohy č. 1 smlouvy požaduje kompaktní zařízení umístitelné na ploše běžného laboratorního stolu s nosností do 100 kg, a to vzhledem ke stávajícímu prostorovému uspořádání hydrobiologických laboratoří a nutnosti umístění další laboratorní a mikroskopické techniky.

2)

Dotaz:

V technickém zadání zadavatel uvádí: Optické (navigační) zvětšení od minimálně 20x do maximálně 200x.

Pod pojmem optické zvětšení, myslí zadavatel čistě optické nebo kombinaci optického a digitálního zvětšení?

Naše řešení dokáže opticky zobrazit vzorek pomocí digitální kamery Canon 4000d, od 2x do 20x, a zvětšení pomocí SEM je od 2x do 1 000 000x.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že navigační optické zvětšení bude sloužit k orientaci v obraze celé plochy vyšetřovaného vzorku a jako takové je kombinací optického (optika digitální kamery) a digitálního zvětšení ve fyzickém rozlišení použité obrazovky (ve Full HD a vyšším). Pokud nabídnuté zařízení pokryje uvedené požadavky navigace pomocí SEM v rozsahu od kombinovaného zvětšení 2x, zadavatel toto technické řešení akceptuje.

3)

Ohledně neuveřejnění odpovědi na dotaz č. 1 ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení žádosti, zadavatel uvádí, že dle ust. § 98 odst. 4 zákona: ...*“pokud zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od*

doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny“.

Vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2022 zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 11.07.2022 do 10:00 hodin, tj. o 8 pracovních dnů. Zadavatel proto nebude v souvislosti s uveřejněním Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 lhůtu pro podání nabídek prodloužovat.

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html