

Č. j. PVL-53354/2022/420



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

### IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 70889953  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Kendíkem, ředitelem sekce správy povodí  
**Datová schránka:** gg4t8hf  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1422.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Název veřejné zakázky:** Analyzátor uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích  
**Druh řízení:** řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy  
**Datum zahájení řízení:** 26. 07. 2022

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Upřesňujeme požadavek technické specifikace týkající se Přílohy č. 1 Kupní smlouvy výše uvedené Výzvy. Původní znění podmínky: „Zdroj plynu – syntetický vzduch HC a CO<sub>2</sub> < 1 ppm“ se mění na nové znění: „Druh a kvalita plynu - syntetický vzduch HC a CO<sub>2</sub> < 1 ppm.“  
Poznámka: Nejedná se tedy o technické zařízení zdroje plynu.

v Praze dne 27.7.2022

Ing. Tomáš Kendík  
ředitel sekce správy povodí