

## **Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

### **Otázka:**

Zadavatel požaduje ve vymezení předmětu VZ:

"Autokláv musí umožňovat tepelnou sterilizaci na 121 °C a 134 °C a sterilizaci pomocí peroxidu vodíku."

Z textu není jasné, zda je pro sterilizační procesy peroxidem vodíku požadován kombinovaný autokláv zcela autonomní pro oba způsoby sterilizace, tzn. do autoklávu se vkládá pouze zásobník s tekutým koncentrovaným H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> a veškerá sterilizační technologie je součástí autoklávu, nebo je myšleno napojení parního autoklávu na externí generátor H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> par. Prosíme o upřesnění technického řešení, popř. parametrů externího zdroje H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

### **Odpověď:**

Technické parametry materiálu komory musí odpovídat tomu, aby bylo možné uvnitř komory provádět sterilizaci i pomocí peroxidu vodíku. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že součástí dodávky není externí generátor par peroxidu vodíku.

V Brně, dne 2.10.2024